

Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

**JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO L.P.N.-INAAPS-31/2023
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE TOMÓGRAFO
PARA EL CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA DE NAYARIT
PARA LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT.**

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 01 DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, LOS CC. REPRESENTANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES, SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA TRATAR LO RELATIVO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN REFERENCIA.

SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO POR PARTE DEL LICITANTE PARTICIPANTE:

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S. DE R.L. DE C.V.

PREGUNTA 1:

PARTIDA ÚNICA. PUNTO 01. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA SUMINISTRAR UNA PANTALLA DE CONTROL Y DESPLIEGUE PARA EL USUARIO DE 24 PULGADAS EN EL ENTENDIDO DE QUE ES EL ÚNICO TAMAÑO QUE PODEMOS OFRECER EN LA ARQUITECTURA DE NUESTRO SISTEMA DE TOMOGRAFÍA PARA SIMULACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SI SE ACEPTA.

PREGUNTA 2:

PARTIDA ÚNICA. PUNTO 01. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA PANTALLA INDICADA COMO PANTALLA PLANA MAYOR A 58CMS ES LA PANTALLA DE CONTROL DEL TOMÓGRAFO Y LA EQUIVALENCIA EN PULGADAS ES IGUAL ES SUMINISTRAR UNA PANTALLA O MONITOR DE 23 PULGADAS O MAYOR ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 3:

PARTIDA ÚNICA. PUNTO 01. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SÓLO SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE UN MONITOR DE 19 PULGADAS EN LA SALA DE EXPLORACIÓN ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REQUIERE UN MONITOR DE 19 PULGADAS PARA LA SALA DE EXPLORACIÓN.

PREGUNTA 4:

PARTIDA ÚNICA. PUNTO 01. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME E INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CÓMPUTO PORTÁTIL SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INDICADAS EN LA CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO.

RESPUESTA: SE SOLICITA UN SISTEMA DE CÓMPUTO TIPO TABLETA QUE AYUDE A LA CAPTURA DE DATOS CLÍNICOS DEL PACIENTE, PREPARACIÓN, TIPO DE PROCEDIMIENTO Y POSICIONAMIENTO. PARA OPERAR YA SEA DE MANERA CERCANA AL PACIENTE O REMOTA.





PREGUNTA 5:

PARTIDA ÚNICA. PUNTO 01. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EL SISTEMA DE CÓMPUTO PORTÁTIL SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SÓLO DEBE SUMINISTRARSE Y ESTE COMPONENTE SERÁ VINCULADO A UN SISTEMA EXISTENTE TIPO RIS DEL PROPIO HOSPITAL PARA CONTROLAR, INGRESAR DATOS DE LOS PACIENTES, TIPO DE PROCEDIMIENTO Y CONTROL DE AGENDA DEL DEPARTAMENTO ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PREGUNTA 6:

PARTIDA ÚNICA. PUNTO 01. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL PUNTO RELATIVO AL PORTARROLLOS DE PAPEL CON REVESTIMIENTO LIVIANO EN EL ENTENDIDO DE QUE REGULARMENTE ES MÁS SENCILLO CONTAR CON CAMPOS DESECHABLES Y EL CONSUMIBLE ES MÁS SENCILLO ADQUIRIRLO DE FORMA LOCAL ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA; SI SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE A OTRAS CASAS COMERCIALES.

PREGUNTA 7:

PARTIDA ÚNICA. PUNTO 01. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CONFIRMAR QUE EL SISTEMA DE SINCRONÍA DE CONTROL RESPIRATORIO TIPO 4D SOLICITADO ÚNICAMENTE DEBE INCLUIR EL SOFTWARE PARA SINCRONÍA Y NO EL SISTEMA COMPLETO CON SOFTWARE Y HARDWARE ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBE DE INCLUIR EL SOFTWARE PARA SINCRONÍA.


PREGUNTA 8:

PARTIDA ÚNICA. PUNTO 01. EN CASO DE QUE LA PREGUNTA ANTERIOR SEA INCORRECTA FAVOR DE ESPECIFICAR LA MARCA Y MODELO DEL ACELERADOR CON LA QUE SE BUSCA LA COMPATIBILIDAD PARA INCORPORAR EN EL SUMINISTRO DEL TOMÓGRAFO LA INTERFASE DE CONTROL Y COMPATIBILIDAD CON LA MARCA DEL BIEN EXISTENTE.

RESPUESTA: ACTUALMENTE LOS SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT, CUENTA CON UN ACELERADOR LINEAL MARCA VARIAN MODELO CLINAC IX.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL MISMO DÍA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**REGISTRO DE ASISTENCIA:
POR LOS FUNCIONARIOS**

NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO O ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	POR EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES <u>LIC. RAQUEL ESTEBAN TAPIA</u> SECRETARIA	
2	POR LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA <u>ARQ. ÁNGEL ALONSO VALDIVIA CRISTÓBAL</u> COMISARIO PÚBLICO	  





Nayarit
NUESTRO HONOR Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT

	POR EL USUARIO SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT	
3	LIC. ERNESTO OCTAVIO MEDINA ARELLANO COORDINADOR PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	

POR EL LICITANTE		
NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA, RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS S. DE R.L. DE C.V.: LIC. JOEL RICARDO AMAYA CASILLAS VENTAS	

