



JUNTA DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL L.P.N.-INAAPS-109/2025
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO MÉDICO, SIMULADORES Y EQUIPO DE LABORATORIO
PARA EL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
(USO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS)

EN LA CIUDAD DE TEPIC, CAPITAL DEL ESTADO DE NAYARIT, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, EL C. REPRESENTANTE DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES Y SERVIDORES PÚBLICOS DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRATAR LO RELATIVO A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN EN REFERENCIA.

SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO POR PARTE DE LOS LICITANTES:

SATORI IMPULSORA DE ARTÍCULOS MÉDICOS Y ESCOLARES S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

TENEMOS QUE PRESENTAR UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR ORIGINAL A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS QUE SERÁ EL DÍA 15 DE DICIEMBRE, EN ESTE CASO, ¿PODEMOS PRESENTAR COPIA DE ESA CARTA ORIGINAL QUE EMITA EL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA, DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL EN CASO DE SALIR ADJUDICADO.

PREGUNTA 2

EN LA PARTIDA DE 30 PIEZAS DE MICROSCOPIO COMPUESTO BINOCULAR: CABEZA BINOCULAR INCLINADA A 45° Y ROTABLE A 360° QUE PERMITE COMPARTIR FÁCILMENTE LA VISUALIZACIÓN DE LA MUESTRA ENTRE VARIOS OBSERVADORES, CON DISTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 75 MM, ETC., ¿QUÉ TIPO DE ÓPTICA LO REQUIEREN, ÓPTICA ACROMÁTICA, ÓPTICA PLANACROMÁTICA, ¿ÓPTICA SEMICROMÁTICA, ÓPTICA APOCROMÁTICA Y ÓPTICA EPLAN?, ¿PUEDEN ADJUNTAR UNA FOTO DE EJEMPLO DEL MICROSCOPIO REQUERIDO?


RESPUESTA: ÓPTICA ACROMÁTICA.

SE ANEXA IMAGEN DEL MICROSCOPIO REQUERIDO

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

1/11






PREGUNTA 3

EN LA PARTIDA DE: SIMULADOR DE PACIENTE PEDIÁTRICO: SIMULADOR DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CAPAZ DE SIMULAR EMOCIONES REALISTAS MEDIANTE EXPRESIONES FACIALES DINÁMICAS, MOVIMIENTO Y HABLA. ETC., ¿PUEDEN ADJUNTAR FOTOS DE EJEMPLO DEL SIMULADOR DE PACIENTE PEDIÁTRICO QUE REQUIEREN?



RESPUESTA: SE ANEXAN FOTOS DEL SIMULADOR DE PACIENTE PEDIÁTRICO REQUERIDO.






Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT




Retroceso de pecho realista



Soporte del dispositivo de vía aérea
supraglótica



Vía aérea quirúrgica




Desfibrilación anterior/posterior


JUNTA DE ACLARACIONES - L.P.N.-INAAPS-107/2025
ADQUISICIÓN DE DRONES Y ACCESORIOS DE ALTO RENDIMIENTO
PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado De Nayarit
Calle: Mariano Abasolo oriente, Número 245, Colonia Centro, C.P. 63000 Tepic, Nayarit.
311 489 5546 | 311 489 5547






Sitio de hemotórax axilar medio izquierdo



Insertión de un tubo torácico



Insertión de un tubo torácico



"Siseo" audible de liberación de aire

PARA ESTA PARTIDA EL ÁREA USUARIA ADJUNTA LAS SIGUIENTES APRECIACIONES QUE DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL SIMULADOR DE ALTA FIDELIDAD EXISTENTE DE MARCA GAUMARD MODELO HAL S2225, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS QUE UTILIZA SOFTWARE UNI.

DEBERÁ INCLUIR:

- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SIMULADOR EN LA UNIVERSIDAD.
- ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SIN COSTO DE POR VIDA.
- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SIN COSTO DURANTE LOS PRIMEROS DOS AÑOS.
- GARANTÍA DE 1 AÑO.
- CAPACITACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD PARA UN MÁXIMO DE 20 PERSONAS BASADO EN EL SIGUIENTE PROGRAMA:

JUNTA DE ACLARACIONES - L.P.N.-INAAP5-107/2025
ADQUISICIÓN DE DRONES Y ACCESORIOS DE ALTO RENDIMIENTO
PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA





TEMA	MÓDULO	TIEMPO
INTRODUCCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DEL SIMULADOR	1	1 HORA
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO ▪ CARACTERÍSTICAS ▪ CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO ▪ BATERÍA ▪ INICIO DEL SIMULADOR	2	1 HORA
CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS NEUROLÓGICO ▪ EXPRESIONES FACIALES ▪ ESTADOS EMOCIONALES ▪ MOVIMIENTO DE LA MANDÍBULA ▪ MOVIMIENTO DE CABEZA ▪ OJOS REACTIVOS ▪ LLANTO / LAGRIMAS PROGRAMABLES ▪ VOZ DE TRANSMISIÓN INALÁMBRICA ▪ EFECTOS DE MODULACIÓN EN TIEMPO REAL VÍA AÉREA ▪ CAVIDAD BUCAL Y VÍA AÉREA ANATÓMICA ▪ INTUBACIÓN NASOTRAQUEAL, OROTRAQUEAL ▪ DETECCIÓN DE INTUBACIÓN TRAQUEAL ▪ INCLINACIÓN DE LA CABEZA ▪ INTUBACIÓN ESOFÁGICA ▪ COLOCACIÓN DE TUBO NASOGÁSTRICO Y OROGÁSTRICO ▪ VENTILACIÓN CON BOLSA VÁLVULA MASCARILLA ▪ TRÁQUEA QUIRÚRGICA ▪ VÍA AÉREA DE DIFÍCIL ACCESO ▪ SONIDO DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES RESPIRACIÓN ▪ RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA ▪ RESPIRACIÓN VARIABLE ▪ AUMENTO Y CAÍDA DEL TÓRAX PROGRAMABLE ▪ AUMENTO BILATERAL DEL TÓRAX INTUBACIÓN EXHALACIÓN DE CO2 REAL ▪ SONIDOS NORMALES Y ANORMALES ▪ SOPORTE DE VENTILACIÓN MECÁNICA ▪ DISTENSIBILIDAD PULMONAR VARIABLE ▪ RESISTENCIA BRONQUIAL VARIABLE ▪ ESFUERZO RESPIRATORIO PROGRAMABLE ▪ RETROALIMENTACIÓN DE VENTILACIÓN EN TIEMPO REAL ▪ AUMENTO DE PECHO DURANTE LA VENTILACIÓN ▪ INSERCIÓN DE TUBO TORÁCICO	3	1 HORA






▪ DESCOMPRESIÓN CON AGUJA CARDIOVASCULAR ▪ RISTO DE ECG ▪ SONIDOS CARDIACOS NORMALES / ANORMALES ▪ MONITORIZACIÓN DE ECG CON EQUIPOS REALES ▪ MONITORIZACIÓN DE LA RESPIRACIÓN ▪ RETROALIMENTACIÓN Y CALIDAD DEL RCP ▪ COMPRESIONES TORÁCICAS EFECTIVAS ▪ DESFIBRILAR, CARDIOVERTIR Y RITMO ▪ SITIOS DE DESFIBRILACIÓN ▪ DESFIBRILACIÓN EXTERNA CIRCULATORIO ▪ CIANOSIS, ENROJECIMIENTO, PALIDEZ E ICTERICIA ▪ LLENADO CAPILAR ▪ PULSOS BILATERALES PALPABLES ▪ MONITOREO DE PRESIÓN ARTERIAL ▪ MONITORIZACIÓN DE SPO2 ACCESO VASCULAR ▪ ACCESO IV BILATERAL ▪ PERFUSIÓN ÓSEA ▪ PRUEBA DE GLUCOSA REAL GASTROINTESTINAL ▪ DISTENSIÓN GÁSTRICA ▪ RUIDOS INTESTINALES ▪ GENITALES MASCULINOS Y FEMENINOS ▪ CATETERIZACIÓN URINARIA		
MANEJO DE SOFTWARE UNI ▪ ESTADO DE CONEXIÓN ▪ INDICADOR DE BATERÍA DE RESERVA ▪ ENCENDIDO / ESPERA ▪ VISTA DE SISTEMAS	4	2 HORAS
PREGUNTAS Y RESPUESTAS ▪ REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS	5	3 HORAS

PREGUNTA 4

EN LA PARTIDA DE: EQUIPO PARA ANESTESIA: LA MÁQUINA DE ANESTESIA, TIENE UN BUEN RENDIMIENTO EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI), ETC., ¿PUEDEN ADJUNTAR FOTOS DE EJEMPLO DEL EQUIPO PARA ANESTESIA QUE REQUIEREN?

RESPUESTA: SE ANEXAN FOTOS DEL EQUIPO PARA ANESTESIA REQUERIDO.





PREGUNTA 5

EN LA PARTIDA DE: MANIQUÍ RCP PAQUETE ADULTO Y PEDIÁTRICO CON MONITOR: CARACTERÍSTICAS: *EL DISEÑO COMPLETO PERMITE PRACTICAR LA MANIOBRA DE HEIMLICH Y LOS EMPUJONES ABDOMINALES, ASÍ COMO LA RCP Y LA RESPIRACIÓN BOCA A BOCA., ¿PUEDEN ADJUNTAR FOTOS DE EJEMPLO DEL MANIQUÍ RCP PAQUETE ADULTO Y PEDIÁTRICO CON MONITOR QUE REQUIEREN?

RESPUESTA: SE ANEXAN FOTOS DEL MANIQUÍ RCP PAQUETE ADULTO Y PEDIÁTRICO REQUERIDO.





Nayarit
NUESTRA PASIÓN Y COMPROMISO

INSTITUTO DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT



[Handwritten signature]

SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO POR PARTE DEL LICITANTE:
ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PUNTO 3 LUGAR, PLAZO Y DEMÁS CONDICIONES DE LA ENTREGA DE BIENES SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA EXTENDER LOS TIEMPOS DE ENTREGA YA QUE NUESTROS PRODUCTOS SON DE IMPORTACIÓN ESTADOUNIDENSE Y POR MOTIVO DE LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN PUEDE AUMENTAR EL TIEMPO. POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE EXTIENDA EL TIEMPO A 12 SEMANAS ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

[Handwritten signature] 8/11

JUNTA DE ACLARACIONES - L.P.N.-INAAPS-107/2025
ADQUISICIÓN DE DRONES Y ACCESORIOS DE ALTO RENDIMIENTO
PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Instituto de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado De Nayarit
Calle: Mariano Abasolo oriente, Número 245, Colonia Centro, C.P. 63000 Tepic, Nayarit.
311 489 5546 | 311 489 5547





RESPUESTA: SE ACEPTA LA AMPLIACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES HASTA EL 06 DE MARZO DE 2026 SOLO PARA LAS PARTIDAS DE LA 8 A LA 94.

PREGUNTA 2

PT-4 CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR MAYORISTA AUTORIZADO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR DE FORMA DIGITAL PARA LA APERTURA Y DE FORMA ORIGINAL EN CASO DE SER ADJUDICADOS YA QUE LA MARCA DE FABRICACIÓN SE ENCUENTRA EN PAÍSES EXTRANJEROS POR LO QUE SE NECESITA MAYOR TIEMPO PARA LA ENTREGA DE FORMA ORIGINAL. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA?

RESPUESTA: SI, SE ACEPTA.

SE DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS POR ESCRITO POR PARTE DEL LICITANTE:
ABAD COMPUTACIÓN S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

EN ATENCIÓN A LO SEÑALADO EN EL PUNTO PT-3. PROGRAMA DE ENTREGA DE LAS BASES, NOS PERMITIMOS SOLICITAR RESPETUOSAMENTE QUE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE AMPLIAR EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES A 60 DÍAS HÁBILES. ESTA SOLICITUD SE FUNDAMENTA EN QUE DIVERSAS PARTIDAS CONTEMPLAN PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN, CUYOS PROCESOS LOGÍSTICOS REQUIEREN TIEMPOS ADICIONALES QUE ESCAPAN AL CONTROL DIRECTO DEL PROVEEDOR.

CABE DESTACAR QUE LA IMPORTACIÓN DE BIENES IMPLICA UNA SERIE DE ETAPAS INDISPENSABLES COORDINACIÓN CON FABRICANTES INTERNACIONALES, TIEMPOS DE PRODUCCIÓN, PREPARACIÓN Y EMBALAJE, TRANSPORTE INTERCONTINENTAL, TRÁMITES ADUANEROS, VERIFICACIONES DOCUMENTALES Y EVENTUALES INSPECCIONES—. CADA UNO DE ESTOS PROCESOS, AUN GESTIONADOS CON LA MÁXIMA DILIGENCIA, PUEDE VERSE SUJETO A VARIACIONES GENERADAS POR FACTORES EXTERNOS, TALES COMO DEMORAS PORTUARIAS, DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE INTERNO O AJUSTES REGULATORIOS. EN CONSECUENCIA, LOS PLAZOS ORIGINALMENTE PREVISTOS PODRÍAN NO RESULTAR SUFICIENTES PARA GARANTIZAR UNA ENTREGA ADECUADA.

LA AMPLIACIÓN SOLICITADA PERMITIRÍA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO Y RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES CONTRATADAS, MANTENIENDO LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD REQUERIDOS.

NUESTRO INTERÉS ES PROCURAR UNA ENTREGA OPORTUNA Y ACORDE A LAS EXPECTATIVAS DEL USUARIO, EVITANDO CONTINGENCIAS QUE PUEDAN AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DEL SUMINISTRO Y ASEGURANDO LA MAYOR SATISFACCIÓN POSIBLE.

RESPUESTA: SE ACEPTA LA AMPLIACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS BIENES HASTA EL 06 DE MARZO DE 2026 SOLO PARA LAS PARTIDAS DE LA 8 A LA 94.





NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL MISMO DÍA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**REGISTRO DE ASISTENCIA:
POR LOS FUNCIONARIOS**


NO.	NOMBRE DEL REPRESENTANTE, FUNCIONARIO O ÁREA RESPONSABLE A QUE PERTENECE	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	POR EL COMITÉ TÉCNICO DE ADQUISICIONES <u>LIC. JOSÉ DOMINGO MANCILLAS ORTEGA</u> TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN	
2	POR LA SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA <u>C.P.A. DIANA ELIZABETH POLANCO RAMÍREZ</u> COMISARIO PÚBLICO	
	POR EL ÁREA USUARIA	
3	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA <u>L.C. ALEJANDRO DANIEL BECERRA CASTAÑEDA</u> JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	
4	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS <u>ING. LUIS OCTAVIO GALLARDO ARCEGA</u> DIRECTOR DE VINCULACIÓN	

POR LOS LICITANTES

NO.	NOMBRE DE LA EMPRESA, RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMAS DE LOS ASISTENTES
1	ABAD COMPUTACIÓN S.A. DE C.V. <u>C. IVÁN FRANCISCO ABAD FLORES</u> FINANZAS	





2	ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V. <u>C. JULIO CESAR REYES HERNÁNDEZ</u> LICITACIONES	
---	---	---







